ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Авторефкератометр

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності *(далі – Замовник).*

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Авторефкератометр» по коду ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № UA-2026-10-08-013041-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 299 916,66 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик

предмета закупівлі

«Авторефкератометр»

код НК 024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний

код НК 031:2024 - Z1212012001 (Система цифрового перетворення та зберігання офтальмологічних зображень / прилади для об'єктивного вимірювання рефракції ока).

Технічні характеристики	**Параметри**
Призначення:	Прилад повинен бути призначеним для вимірювання сфери, циліндра, та висі астигматизму шляхом вимірювання оптичної сили ока пацієнта. Та таким, що надає інформацію про кривизну рогівки пацієнта, міжзіничну відстань та розмір зіниці.
Параметри:	

Функціональні можливості та вимірювальні режими:	Кератометрія і рефрактометрія одночасно (K / R) - наявність
Рефрактометрія (REF) Наявність:	Наявність
Кератометрії (KER)	Наявність
Вимірювання діаметра зіниці Наявність:	Наявність
Вимірювання кривизні рогівки Наявність:	Наявність
Режим кольорового огляду Наявність:	Наявність
Функція вимірювання параметрів (кут, довжина, направляючі) посадки контактної лінзи Наявність :	Наявність
Режим вимірювань у відбитому світлі (режим Retro-Illum) з можливістю імпорту збережених даних Наявність:	Наявність
Функція перегляду та порівнян ня відзнятих зображень ока Наявність:	Наявність
Функція перевірки посадки контактної лінзи у синьому світлі Наявність:	Наявність
Функція жовтого фільтра Наявність :	Наявність
Рефрактометрія:	
Сфера (SPH)	-30.00 до + 25.00D
Циліндр (CYL),	До +/- 12.00D
Вісь	1-180º
Вертексна відстань	Від 0 до 15, не менш 4 значень, наявність значення 0 обов'язкова
Мінімальний діаметр зіниці	Не більше 2,0 мм
Кератометрія:	
Показник рогівки	25,96 - 67,50D
Астигматизм рогівки, не менше	До 15,00 D
Радіус кривизни	5.0 - 13.0 мм
Вісь не менше	1-180º
Діаметр рогівки, не менше	2.0 - 14.00 мм
Автоматичний пошук зіниці по вертикалі	Наявність
Діапазон переміщення опора для підборіддя	Наявність
Пам'ять	Не менше 10 вимірювань на кожне око
Принтер	Вбудований термопринтер
Монітор	Не менше 7 дюймів
Екран сенсорний Наявне:	Наявне
Живлення	100- 240В, 5 0 / 60Гц
Функція енергозбереження	Наявність
Комплектація:	

Корпус приладу Наявність:	Наявність
Штучне око Наявність:	Наявність
Папір для принтера Наявність:	Наявність
Стіл з електроприводом Наявність:	Наявність
Інші вимоги:	
Сертифікат відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність
Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів -	Наявність
Лист авторизація від виробника обладнання або його уповноваженого представника на території України	Наявність
Документ, що підтверджує проходження навчання у виробника персоналом/співро бітниками Уповноваженого представника для здійснення технічного або сервісного супроводу обладнання	Наявність
Інструкція з експлуатації українською мовою	Наявність
Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців

Всі посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються та слід розуміти у значенні «…. «або еквівалент».

На підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним та функціональним характеристикам до предмета закупівлі, Учасник у складі пропозиції надає довідку довільної форми/гарантійний лист, де підтверджує погодження з усією інформацією та вимогами, які містяться в цьому Розділі 3 Додатку № 1 до тендерної документації та гарантує, що конкретні чіткі характеристики товару (показники), будуть зазначені у Додатку№ 2 до договору (під час укладання договору).

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2026 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 299 916,66 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від

18.02.2020 № 275 (здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціни товарів, що міститься в електронній системі закупівель "Prozorro" та брались до уваги комерційні пропозиції).